LOGGERFLEX
Data acquisition & Monitoring Solutions




MANUAL DE USUARIO

# Microthermo

Active, escanee y suba su etiqueta de temperatura NFC a la nube.

Ref. **NFCMIC** NFC

# Contenido

01 Activación del hardware

02 Configuración inicial de la aplicación

03 Proceso de escaneo

04 Informes en la nube

## 1 Activación del hardware

**Acción:** Presione el botón de encendido **3 veces** dentro de **2 segundos**.

**Confirmación:** Un **destello rojo** de **3 segundos** confirma que la etiqueta está activada.

**Retraso:** La etiqueta espera **10 minutos** antes de tomar la primera lectura. Esto le da tiempo para colocarla en la ubicación final, como en transporte refrigerado.

**Especificaciones:** La etiqueta captura la temperatura cada **10 minutos**. Almacena **4000 registros**, proporcionando alrededor de **4 semanas** de datos. Por defecto deja de registrar cuando está llena (sobrescribir los registros más antiguos es una opción de fábrica). La pila CR2032 dura alrededor de **un año** una vez activada, y cinco años en almacén.

## 2 Configuración inicial de la aplicación

**Aplicación iOS · Aplicación Android**
Descargue la aplicación oficial gratuita LoggerFlex NFC desde la Apple App Store (iOS) o Google Play (Android).

**Ajustes:** Seleccione su idioma preferido y elija un tema oscuro o claro.

**Enlace a la nube:** Ingrese un correo electrónico válido que ya esté registrado en nuestra cuenta en la nube gratuita (app.loggerflex.com).

**Simplicidad:** No se requiere inicio de sesión ni contraseña en la aplicación móvil. El correo electrónico simplemente dirige sus datos escaneados a la nube. La persona que escanea no necesita ser el propietario de la cuenta.

## 3 Proceso de escaneo

**Preparación:** Coloque la etiqueta horizontalmente sobre una superficie plana como una mesa.

### Flujo de iPhone
Coloque el borde superior del iPhone sobre la etiqueta con unos centímetros de superposición. Presione el botón «Iniciar escaneo».

### Flujo de Android
La aplicación ingresa automáticamente al Modo de escaneo. Coloque la mitad superior del teléfono sobre la etiqueta. Es mejor colocar la etiqueta 2 cm o 1 pulgada más abajo de la parte superior del teléfono.

**⚠ Reglas de lectura**
No mueva el teléfono ni la etiqueta. Una barra de progreso mostrará el porcentaje de registros extraídos. Si se interrumpe, debe repetir el proceso.




**Colocación del iPhone**




**Colocación de Android**

## 4 Informes en la nube

**Sincronización:** Una vez que la lectura llegue al 100%, asigne un nombre opcional al sensor. Presione «Subir» para enviar los datos a la nube. Asegúrese de que su teléfono esté conectado a Internet.

**Informes:** Para ver los datos, el propietario de la cuenta inicia sesión en app.loggerflex.com. Haga clic en la tarjeta del sensor específico, vaya a Informes avanzados y extraiga informes en PDF o Excel para transporte, seguridad de vacunas o promedios diarios.